

松山湖材料实验室

采购申请表 (50万元以上)

申请编号 CGSQ20200600049

申请采购产品名称	超高真空封装系统	采购预算 (万元)	89
采购数量 (台/套)	1	拟是否进口	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
是否开放共享:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	预计每月开放机时	

所属项目名称	原子层沉积纳米光电功能薄膜材料与新型光电探测器器件		
--------	---------------------------	--	--

申请部门	光电子材料与器件团队	拟支付采购款经费 账号 (子课题号)	Y9D1021P211
------	------------	--------------------------	-------------

采购需求 (列出主要技术指标、产品用途、功能、预计每月使用机时等)

极限真空度: 优于 5×10^{-7} mbar, 真空系统采用干泵以及高真空分子泵;
 最高温度: 380°C;
 设备工艺腔体氦气泄漏率: $< 9.0 \times 10^{-10}$ Pam³/s;
 工艺腔室配置观察窗可观察内部工艺情况;
 具有基本的保护功能: 故障断电保护及过载保护功能、炉体超温报警功能、误操作报警及互锁功能、紧急停止按钮;

拟申请采购组织形式	<input type="radio"/> 政府集中采购 <input type="radio"/> 部门集中采购 <input type="radio"/> 单位分散采购 <input checked="" type="radio"/> 自主采购
-----------	--

拟申请采购方式	<input type="radio"/> 公开招标 <input type="radio"/> 邀请招标 <input type="radio"/> 竞争性谈判 <input type="radio"/> 竞争性磋商 <input checked="" type="radio"/> 询价及实验室内公示 <input type="radio"/> 单一来源 <input type="radio"/> 国际招标 <input type="radio"/> 批量集中采购 <input type="radio"/> 协议供货 <input type="radio"/> 其他
---------	--


经办人	薛涛	2020-06-22	联系电话	13552058936
-----	----	------------	------	-------------

申请部门审核意见

部门负责人签字	赵旭	2020-06-22
---------	----	------------

采购管理部门审核意见

1、限额标准以上的采购申请是否批复的采购预算	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
2、涉及进口产品的, 进口申请是否已报财政局备案	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 东莞市重大公共科技创新平台政府采购进口产品清单内产品
3、申请的采购方式是否合理	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

业务主管审核签字		2020-06-23	部门负责人签字		2020-06-28
主管领导意见					
主管领导签字		2020-06-30			